CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

N° 1284-2026

ID N°000012844

I. DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL : OCCUPATIONAL HAZARDOUS DYNAMICS S.A. - OHD S.A.
DIRECCIÓN : PALCA N° 190 OF. 403. LIMA 01

II. DATOS DE INTRUMENTO DE MEDICIÓN

MARCA : 3M
MODELO : QC-10
SERIE N° : QII100115
NIVEL DE REFERENCIA : 114 dB a 1000 Hz
DESCRIPCIÓN : CALIBRADOR ACÚSTICO
PROCEDENCIA : USA

III. FECHA DE CALIBRACIÓN

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026 / 05 / 18
PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN : ANUAL

IV. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

UNE-EN 60942:2005 ELECTROACUSTICA CALIBRADORES ACÚSTICOS.

LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 ESTABLECE QUE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DEBEN CALIBRARSE CUANDO SU EXACTITUD O INCERTIDUMBRE AFECTE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

V. TRAZABILIDAD

INTRUMENTO	MARCA	MODELO	N° DE CERTIFICADO
CALIBRADOR ACÚSTICO	B&K	4226	LAC-181-2026

VI. CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA	21,4 °C	± 0,1 °C
HUMEDAD	58,5 % HR	± 0,2 % HR
PRESIÓN	1009.1 hPa	± 0,1 hPa

VII. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

ENSAYOS DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA

VALOR NOMINAL (dB)	INDICACIÓN DEL INSTRUMENTO (dB)	ERROR (dB)	INCERTIDUMBRE (dB)
114.0	114.0	0.0	0.3

"FIN DEL DOCUMENTO"

RAFAEL WINCHEZ GUZMAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 97451

Ing. Rafael Winchez Guzman
Jefe de Instrumentación
CIP N° 097451

E-mail: isso@isso.com.pe Web Site: www.isso.com.pe