CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

N° 1286-2026

ID N°000012866

I. DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL : UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.

II. DATOS DE INTRUMENTO DE MEDICIÓN

MARCA : SAINLOGIC
MODELO : SA9
SERIE N° : 12045
DESCRIPCIÓN : ESTACIÓN METEREOLOGICA
PROCEDENCIA : CHINA
ALCANCE : 0° a 360°
RESOLUCIÓN : 1°

III. FECHA DE CALIBRACIÓN

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026 / 10 / 20
PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN : ANUAL

IV. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

LA CALIBRACIÓN FUE REALIZADA DE ACUERDO AL EPA COMPENDIUM METHOD IO-2.1.

V. TRAZABILIDAD

INTRUMENTO	MARCA	CERTIFICADO N°
BRUJULA	METRIDUST	MT-1265-2026
MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO	ELICROM	CCP-0359-002-26
CRONOMETRO	CONTROL COMPANY	1031-12170026

VI. CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA	21,3 °C	± 0,2 °C
HUMEDAD	60,0 % HR	± 0,8 % HR
PRESIÓN	1010.7 mmHg	± 0,2 mmHg

VII. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

VALOR NOMINAL	PATRON	INSTRUMENTO	CORRECCIÓN	INCERTIDUMBRE
0	90	90	0	0.8
90	90	90	0	0.9
180	180	180	0	1.2
270	270	270	0	1.2

Dirección de viento convencionalmente verdadera (DVCV) resulta de la relación:
DVCV = Indicació del instrrumento + corrección

TIEMPO DE ESTABILIZACION SEGUNDOS
15.02

SRNSIBILIDAD A VARIACIONES DE CAMPO MAGNETICO µT	RESULTADOS
0	0.8
0	0.9
0	1.2

RAFAEL WINCHEZ GUZMAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 97451

Ing. Rafael Winchez Guzman
Jefe de Instrumentación
CIP N° 097451

E-mail: isso@isso.com.pe Web Site: www.isso.com.pe